

NACZELNIK  
Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
.....  
nadkom. Tomasz WOŁYŃKIEWICZ

Załącznik nr 1.

Zatwierdzam

### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są probówki szklane:

- o pojemności 10 ml,
- z zakręcanym korkiem,
- czyste i sterylne bez dodatków,
- próżniowe,
- posiadające certyfikat IVD, CE, ISO.

STARSZY TECHNIK  
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia  
Komendy Stołecznej Policji  
*M. Plebanska*  
Martyna PLEBANSKA