



Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- I. Przedmiotem zamówienia jest: kalibracja 3 szt. urządzeń do wykrywania narkotyków w ślinie Abbott Sotaxa.
- II. Kalibracja urządzenia ma polegać na ustaleniu relacji pomiędzy wartościami wskazywanymi przez badane urządzenia, a wartościami wskazanymi przez wzorzec – będzie to porównanie zmierzonej wartości z prawidłową wartością w danych warunkach, udokumentowanie odchylenia i obliczenie niepewności pomiaru.
- III. Pozostałe wymagania Zamawiającego
 1. Termin realizacji usługi – maksymalnie **21 dni roboczych**, licząc od dnia otrzymania zamówienia.
 2. Wystawienie i dołączenie świadectwa/certyfikatu kalibracji.
 3. Termin płatności - **30 dni**, licząc od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury.

INSPEKTOR
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Daniel Bankowski
Daniel BANKOWSKI

KIEROWNIK
Sekcji VI Wydziału Zaopatrzenia
Komendy Stołecznej Policji
Marek Lewiński
asp. Marek LEWIŃSKI