



Kraków, dn. 18.09.2024 r.

Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi)

Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.68.2024 – „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zadanie nr 2 – mikroskop edukacyjny:

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt. 7 OPZ dla pak.2 w przypadku zaoferowania mikroskopu wyposażonego w oświetlenie LED, o czasie pracy 25000 h, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź 1:

Zamawiający dopuszcza mikroskop wyposażony w oświetlenie LED o czasie pracy 25000 h przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań SWZ.

Kanclerz
/-/ mgr Marcin Gałan