



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Wałbrzych, dnia 30.10.2019r.

DZPZ-530-Zp/53/PN-51/19

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Kompleksowa dostawa szybkich testów diagnostycznych, szczepów wzorcowych do mikrobiologii, testów do oznaczania lekowrażliwości oraz kart do mikrometody immunohematologicznej wraz z dzierżawą aparatu - analizator immunohematologiczny i systemem back up. - Zp/53/PN-51/19.

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza szybki test kasetkowy do wykrywania amfetaminy, którego czułość wynosi 1000 ng/mL

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szybki test kasetkowy do wykrywania amfetaminy, którego czułość wynosi 300 ng/ml.

Pytanie 2, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza szybki test kasetkowy do wykrywania metaamfetaminy, którego czułość wynosi 1000 ng/mL?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga szybki test kasetkowy do wykrywania metaamfetaminy, którego czułość wynosi 500 ng/ml.

Pytanie 3, dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 3, 5, 6, 7, 12 testów do wykrywania narkotyków wymienionych w SIWZ o niższych (lepszych punktach odcięcia). Niższe punkty odcięcia oznaczają większą czułość testów, co zapewni wykrycie narkotyków w przypadku niższego stężenia narkotyku w próbce moczu, testy o niższych punktach odcięcia dają również większą pewność co do uzyskanego wyniku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający wymaga testy do wykrywania narkotyków zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 4, dot. pakietu nr 3

Prosimy o wyłączenie pozycji 11-16 z pakietu 3 i utworzenie z niego odrębnego pakietu. Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wytwórcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie 3, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co budzi podejrzenia o faworyzowanie konkretnego wytwórcy przez Zamawiającego z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych (na podstawie przepisów zawartych art. 17.1 pkt. 1) i pkt. 5b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zm.)). Poprzez sformułowanie przedmiotu



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



zamówienia ograniczające faktyczny krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadających w swojej ofercie testy immunochromatograficzne, Zamawiający narusza odpowiednie przepisy ustawy PZP:

1) art. 7 ust. 1, poprzez przeprowadzenie postępowania w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, poprzez sformułowanie postanowień SIWZ w sposób bezzasadnie ograniczający krąg podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

2) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na wprowadzeniu do jednego zamówienia produktów dostępnych tylko u jednego lub bardzo ograniczonej liczby podmiotów bez podziału tego zamówienia na części i tym samym ograniczenie liczby wykonawców uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu;

3) art. 29 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 36aa ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1, poprzez wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia, polegające na niedopuszczeniu możliwości składania ofert częściowych/nieudzielenie zamówienia w częściach i tym samym ograniczenie liczby podmiotów uprawnionych do ubiegania się o udzielenie zamówienia w postępowaniu. W odniesieniu do art. 96 ust. 1 pkt. 11 ustawy PZP (zgodnie z którym Zamawiający powinien literalnie wskazać przyczyny niedokonania podziału zamówienia na części), cytowany przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego normy zawartej w art. 46 ust. 1 dyrektywy klasycznej. Zgodnie z motywem 78 preambuły do dyrektywy klasycznej w przypadku, gdy instytucja zamawiająca zdecyduje, że podział zamówienia na części nie byłby właściwy, stosowne indywidualne sprawozdanie lub dokumenty zamówienia powinny zawierać wskazanie głównych przyczyn decyzji instytucji zamawiającej. Przesłanki zawarte w powyższym motywie preambuły nie mają zastosowania w przedmiotowym postępowaniu. Zgodnie z treścią sentencji wyroku KIO z dnia 2017-01-02, sygn. akt.: KIO 2346/16 (w myśl którego KIO nakazała instytucji zamawiającej dokonanie podziału zamówienia na części): „uznać należy, iż obawy związane z ewentualnymi niewielkimi trudnościami czy kosztami bądź nieznacznymi problemami z koordynowaniem działań wykonawców, a tym bardziej wygoda zamawiającego, nie powinny stanowić dostatecznej podstawy do zaniechania podziału zamówienia na części.”

Odp. Zamawiający wydzieli w/w pozycje z pakietu nr 3 i utworzy odrębny pakiet.

Pytanie 5, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 1 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 2 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7, dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 3 pozycja 3 test konfekcjonowany po 25 sztuk, każdy test zapakowany w osobną saszetkę.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 8, dot. pakietu nr 3 poz. 14

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów lateksowych do identyfikacji paciorkowców z grupy A, B, C, F, G z zastosowaniem ekstrakcji enzymatycznej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga testy lateksowych do identyfikacji paciorkowców z grupy A, B, C, F, G z zastosowaniem ekstrakcji kwaśnej.

Pytanie 9, dot. pakietu nr 3 poz. 13

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie testów konfekcjonowanych po 25 sztuk w opakowaniu, jednocześnie prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w zestawie kontroli?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza i wymaga w zestawie kontroli.

Pytanie 10, dot. pakietu nr 3 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania testów pozwalających na wykrywanie oraz różnicowanie 5 mechanizmów oporności : KPC, NDM, VIM OXA-48 i IMP bezpośrednio z kolonii bakteryjnej na jednej kasetce testowej o parametrach jak w załączonej ulotce?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, dot. pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści Streptococcus pneumoniae w moczu (antygen) ,kasetka, kontrole zewnętrzne zawarte w zestawie (pozytywna), czułość i swoistość porównywana do innego testu komercyjnego?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga Streptococcus pneumoniae w moczu, PMR (antygen)-kasetka, kontrole zewnętrzne zawarte w zestawie (pozytywna i negatywna), czułość i swoistość porównywana do hodowli komórkowej.

Pytanie 12, dot. pakietu nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści test RSV- wykrywanie antygeny białkowego wirusa w popłuczynach z nosa i wymazach z nosogardzieli, kompletny do użycia zawierający zewnętrzne kontrole dodatnią na wymazówkach-kasetka, czułość i swoistość testu porównywany do metody immunofluorescencyjnej czułość 86%, specyficzność 94%, zgodność całkowita 90% ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga test RSV- wykrywanie antygeny białkowego wirusa w popłuczynach z nosa i wymazach z nosogardzieli, kompletny do użycia zawierający zewnętrzne kontrole dodatnią i ujemną na wymazówkach-kasetka. Czułość i swoistość testu porównywany do hodowli komórkowej/DFA POW.90%

Pytanie 13, dot. pakietu nr 3 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści testy o parametrach jak w załączonej ulotce?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpital@sokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokolowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 14, dot. pakietu nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści testy Rota-Adenowirusy w kale-kasetka do jakościowego wykrywania antygenów rotawirusów i adenowirusów, czułość i swoistość wzgl. ELISA pow. 99%?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, dot. pakietu nr 9

Uprzejmie prosimy o wydzielenie z pakietu 9 poz. nr 1, 2 i utworzenie z niego odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność cenowo- asortymentową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie ww. pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie. Obecne pakietowanie faworyzuje konkretnych dostawców, co narusza dyscyplinę finansów publicznych zgodnie z przepisami zaw. w art. 17, ust.1 pkt.1) i 5b) Ustawy z dn. 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (wraz z późn. zmianami).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu nr 9 poz. nr 1, 2 i utworzenie odrębnego zadania.

Pytanie 16, dot. pakietu nr 9 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość poszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej, tak aby móc wycenić wszystkie niezbędne odczynniki do testu kolistynowego.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia tabeli asortymentowo-cenowej.

Pytanie 17, dot. pakietu nr 9 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści w poz.4 krążki antybiotykowe pakowane w plastikowej tubie wraz z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby? Takie konfekcjonowanie pozwoli Zamawiającemu na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci, tym samym przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta, dodatkowo niweluje konieczność zabezpieczenia już otwartych opakowań w odpowiedni pojemnik do ich przechowywania.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80 % ilości wyszczególnionych w ofercie ? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia."



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokolowskiego
ul. Alfreda Sokolowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Odp. Zamawiający przedstawił w SIWZ prognozowaną ilość oznaczeń na okres 36 m-cy. Zamawiający nie jest w stanie zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie.

Pytanie 19, dot. projektu umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez zmianę odsetek ustawowych za opóźnienie na odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w zakresie §5 ust.7.

Pytanie 20, dot. pakietu nr 7

Prosimy o potwierdzenie, czy ze względu na treść pkt 15 (Tabela 2 do Pakietu nr 7- Warunki graniczne dla mikrometody immunohematologicznej) „Dostawa odczynników wg. dostarczonego harmonogramu (...)” oraz właściwości i specyfikę asortymentową wymaganych w zakresie Pakietu nr 7 produktów niezbędnych do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej, Zamawiający oczekuje dostaw wg harmonogramu na dany rok, a kryterium oceny ofert w zakresie pakietu nr 7 „Termin dostawy przedmiotu zamówienia (...)” będzie dotyczył dostaw pilnych w trybie CITO zgodnie z deklaracją wykonawcy w treści oferty?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż oczekuje dostaw wg harmonogramu na dany rok, a dostawy w trybie CITO będą dodatkowym atutem oferenta.

Pytanie 21, dot. pakietu nr 7 poz. 12

Czy ze względu na właściwości biologiczne oferowanego w poz. 12 odczynnika do badania profilu antygenowych grupy Lewis (Lea, Leb, kontrola) Zamawiający wyrazi zgodę na przechowywanie w/w odczynnika w temperaturze niższej od pokojowej oraz z terminem ważności nie krótszym niż 3 m-ce od daty dostawy?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 22, dot. pakietu nr 7 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zgodnie z obowiązującymi przepisami przy karcie do potwierdzenia grupy krwi noworodka - poz. 8 (Tabela 1 do Pakietu nr 7) odczynniki o tych samych klonach anty-A i anty-B, ale z różnych serii niż odczynniki anty-A i anty-B z karty w poz. 7?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23, dot. pakietu nr 7

Czy ze względu na wymóg podania konkretnych numerów katalogowych oferowanych produktów, Zamawiający dopuści zaokrąglenie wymaganych ilości badań, wskazanych w Tabeli 1 do Pakietu nr 7, w górę do pełnych opakowań handlowych oraz dodanie dodatkowej kolumny w formularzu: „Ilość oferowanych opakowań” celem dokonania stosownych obliczeń (cena jednostkowa op. netto/brutto oraz wartość netto/brutto)?

Powyższe zdecydowanie ułatwi późniejsze zamawianie produktów i kontrolę nad realizacją dostaw.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 24, dot. pakietu nr 7

Prosimy o potwierdzenie, że wymóg o którym mowa w pkt 28 Tabeli 1 do Pakietu nr 7- Warunki graniczne dla mikrometody immunohematologicznej nie dotyczy kontroli zewnątrzlaboratoryjnej i płynów eksploatacyjnych do analizatora (analogicznie jak w pkt 31)?

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25, dot. pakietu nr 7

Prosimy o doprecyzowanie jaką średnią ilość stron rocznie zamierza drukować Zamawiający przy użyciu urządzenia wielofunkcyjnego, o którym mowa w TABELI NR 4 DO PAKIETU NR 7?

Odp. Zamawiający szacuje, że średnia ilość stron wydruku rocznie to około 20tys.

Pytanie 26, dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach integracji oprogramowanie zarządzające gospodarką krwi do Banku Krwi i pracowni immunohematologicznej automatycznie pobierało ręcznie wygenerowane pliki z przyjętymi jednostkami przez laboratoryjny system informatyczny szpitala?

Odp. Zamawiający wymaga, aby w ramach integracji zachować obecny mechanizm pobierania plików do systemu informatycznego.

Pytanie 27, dot. pakietu nr 7

Prosimy wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie wymaganą właściwość dot. pakietu Office Word i Excel lub równoważnego, tj. „możliwość pracy grupowej”?

Odp. Pakiet biurowy Office Word i Excel lub równoważny musi zawierać:

Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Wymagania odnośnie interfejsu użytkownika:

- a. Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika.
- b. Prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych.

2. Oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki:

- a. posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu,
- b. ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526),

3. Oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców.

4. W skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowie.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

- dokumentami i aplikacjami (język makropolecień, język skryptowy).
5. Do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim.
6. Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać:
- Edytor tekstów
 - Arkusze kalkulacyjny
 - Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji
 - Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczna, kalendarzem, kontaktami i zadaniami)
 - Narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR.
7. Edytor tekstów musi umożliwiać:
- Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty.
 - Wstawianie oraz formatowanie tabel.
 - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych.
 - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne).
 - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków.
 - Automatyczne tworzenie spisów treści.
 - Formatowanie nagłówek i stopek stron.
 - Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie.
 - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności.
 - Określenie układu strony (pionowa/pozioma).
 - Wydruk dokumentów.
 - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną.
 - Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007 i 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu.
 - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
 - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska kreowania aktów normatywnych i prawnych, zgodnie z obowiązującym prawem.
 - Wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa.
8. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać:
- Tworzenie raportów tabelarycznych



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat	74 64 89 600
faks	74 64 89 746
centrala	74 64 89 742



- b. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych
 - c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu.
 - d. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)
 - e. Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych
 - f. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych
 - g. Wyszukiwanie i zamianę danych
 - h. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego
 - i. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie
 - j. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności
 - k. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem
 - l. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.
 - m. Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń.
 - n. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.
9. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać:
- a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą:
 - b. Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego
 - c. Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek
 - d. Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu.
 - e. Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji
 - f. Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera
 - g. Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo
 - h. Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego
 - i. Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym
 - j. Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów
 - k. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera





SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



- I. Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010.**
- 10. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (poczta elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać:**
- a. Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego
 - b. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców
 - c. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną
 - d. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule
 - e. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy
 - f. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia
 - g. Zarządzanie kalendarzem
 - h. Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom
 - i. Przeglądanie kalendarza innych użytkowników
 - j. Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach
 - k. Zarządzanie listą zadań
 - l. Zlecanie zadań innym użytkownikom
 - m. Zarządzanie listą kontaktów
 - n. Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom
 - o. Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników
 - p. Możliwość przesyłania kontaktów innym użytkownikom

Pytanie 28, dot. pakietu nr 7 poz. 12

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem zainstalowania bazy danych oprogramowania zarządzającego gospodarką krwi do Banku Krwi i pracowni immunohematologicznej na platformie wirtualnej, kwestia zabezpieczenia kopii bazy danych (back-up) pozostaje po stronie platformy wirtualnej/Zamawiającego?

Odp. Zamawiający nie potwierdza. Wszelkie kwestie związane z działaniem systemu, instalacja, integracja, backup, serwis itp. zostają po stronie Wykonawcy.

Pytanie 29, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania pozytywnej opinii KORLD dla MIC testów?

Odp. Zamawiający nie odstąpi, Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD dla MIC testów.

Pytanie 30, dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby wszystkie krążki przechowywane były w tej samej temperaturze? Niektóre substancje aktywne dłużej zachowują swoje właściwości, gdy przechowywane są w temp. -20 stopni C.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokółowskiego
ul. Alfreda Sokółowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Odp. Zamawiający nie odstąpi, Zamawiający wymaga parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31, dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na szczepy z minimalnym terminem ważności 9 miesięcy ?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody, Zamawiający wymaga termin ważności szczepów ok. 18 miesięcy.

Pytanie 32, dot. pakietu nr 9 poz. 4

Czy zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD do wszystkich krążków z antybiotykami?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD do wszystkich krążków z antybiotykami.

Pytanie 33, dot. pakietu nr 8 poz. 7

Czy w pozycji nr 7 nie doszło do omyłki pisarskiej przy zapisie numeru szczepu? Podany numer kolekcji dotyczy Eikenella corrodens, a nie jak podaje tabela Bacteroides ovatus.

Odp. Tak.

Pytanie 34, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO niezrealizowanej dostawy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 35, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 36, dot. projektu umowy

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o okazanie kalkulacji przyszłej, hipotetycznej szkody, jaką ma ponieść zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy- zgodnie z przepisami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 37, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odp. Tak.



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001

Pytanie 38, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 39, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 40, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w w/w zakresie.

Pytanie 41, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

Odp. Tak.

Pytanie 42, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego produktu?

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.

Pytanie 43, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy.

Pytanie 44, dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokółowskiego
w Wałbrzychu



ISO 9001



sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy. Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

Odp. Zamawiający dopuszcza tylko w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach.

Pytanie 45 dot. projektu umowy

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 46 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia dokumentacji przetargowej w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 47 dot. projektu umowy

Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej do dostaw (specyfikacje produktów) w formie elektronicznej?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zastępca Dyrektora
dz. Administracyjno-Logistycznych
mgr inż. Andrzej Stąska