

Kraków, dn. 27.08.2024 r.

## Wyjaśnienia treści SWZ (Pytania i odpowiedzi)

### Informacja

W odpowiedzi na wniosek potencjalnych Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia **publicznego DZiK-DZP.2921.60.2024 – „Zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie”**, Zamawiający – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z siedzibą pod adresem: 31-120 Kraków, al. A. Mickiewicza 21, na podstawie art. 284 ust. 2 i art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami.

Zadanie nr 3 „mikrowirówka laboratoryjna”

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuści zakres prędkości wirówki: 200-14000 rpm?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający dopuszcza zakres prędkości wirówki: 200-14000 rpm.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuści wirówkę o maks. RCF (× g) wynoszącym 18624xg ?

**Odpowiedź 2:** Zamawiający dopuszcza wirówkę o maks. RCF (× g) wynoszącym 18624xg.

**Pytanie 3:** Czy Zamawiający dopuści wirnik 24 x 1,5/2,0 ml ?

**Odpowiedź 3:** Zamawiający dopuszcza wirnik 24 x 1,5/2,0 ml.

**Pytanie 4:** Czy Zamawiający dopuści automatyczny program diagnostyczny rejestrujący historię użytkowania i błędów, ułatwiający konserwację i minimalizujący czas przestoju, zamiast alarmów przekroczenia prędkości i przegrzania?

**Odpowiedź 4:** Zamawiający dopuszcza automatyczny program diagnostyczny rejestrujący historię użytkowania i błędów, ułatwiający konserwację i minimalizujący czas przestoju, zamiast alarmów przekroczenia prędkości i przegrzania.

Kanclerz  
/-/ mgr Marcin Gałań